ІНСТРУКЦІЯ З ВИЗНАЧЕННЯ ГРУПИ КРОВІ ПРИ НАДАННІ ДОПОМОГИ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ

ПОДБАЙТЕ про засоби індивідуального захисту.

ПРИМІТКА: Якщо доступний боєць-рятувальник, скеруйте його вам на допомогу.



01 ПІДГОТУЙТЕ НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ:

(1.) Джерело води (наприклад, фляга з водою); (2.) Набір для визначення групи крові (наприклад, EldonCard): ланцет, спиртова серветка, піпетка, інструкція (таблиця EldonCard), палички для забору та переносу крові (4 або більше) та захисна плівка; (3.) відповідні засоби індивідуального захисту (наприклад, рукавички).



02 ПЕРЕВІРТЕ, чи має картка для визначення групи крові/ набір EldonCard належний:

(1.) Зовнішній вигляд
(2.) Строк придатності
(3.) Вміст

03 ЗАПИШІТЬ на картці дані донора та/або реципієнта:

(1.) Ім'я
(2.) Адресу проживання
(3.) Дату народження
(4.) Дату проведення тестування
(5.) Підпис донора/реципієнта



04 ВІЗЬМІТЬ піпетку та наповніть її водою.

05 ДОДАЙТЕ по одній краплі води до кожної лунки на картці.



06 ПРОДЕЗІНФІКУЙТЕ подушечку пальця донора/реципієнта (краще на недомінантній руці) за допомогою спиртової серветки.



07 ВІДКРИЙТЕ ланцет, відкрутивши захисний ковпачок.



08 Для взяття крові МІЦНО ПРИТИСНІТЬ ланцет до подушечки пальця донора/реципієнта, проколюючи, щоб виступила кров, після чого викиньте ланцет у контейнер для утилізації гострих предметів.



09 СТИСНІТЬ ПОДУШЕЧКУ ПАЛЬЦЯ в місці проколу, використайте одну з паличок для забору невеликої кількості крові донора.



10 ПОМІСТІТЬ кров із палички в першу лунку на картці. Змішайте кров з краплею води, розподіляючи її по всій площині лунки.

ПРИМІТКА ДО КРОКУ 10: Змішуйте приблизно 10 секунд.

ПРИМІТКА ДО КРОКУ 10: Повторіть кроки 9-10 тричі, по одному разу для кожної лунки на картці.

ПРИМІТКА ДО КРОКУ 10: Щоразу використовуйте нову паличку для кожної лунки. Не використовуйте палички повторно, бо це призведе до неправильних результатів тесту через змішування реагентів, що є на картці та мають знаходитись у відповідних окремих лунках.

Продовження на наступній сторінці…

ІНСТРУКЦІЯ З ВИЗНАЧЕННЯ ГРУПИ КРОВІ ПРИ НАДАННІ ДОПОМОГИ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ

Продовження…



11 ОБЕРЕЖНО НАХИЛЯЙТЕ КАРТКУ на 4 сторони, тримаючи впродовж 10 секунд на кожній стороні (в загальному – 40 с), щоб стимулювати процеси змішування/аглютинації.



12 Після використання усіх чотирьох паличок та змішування крові з реагентами на картці, ВІЗЬМІТЬ таблицю відповідності груп крові.



13 ПОРІВНЯЙТЕ усі чотири лунки (анти-А, анти-В, анти-D та контрольну лунку) з таблицею, що входить до складу набору, оцінюючи наявність або відсутність аглютинації.

ПРИМІТКА ДО КРОКУ 13: Намагайтеся оцінити результати, поки картка все ще волога.

ПРИМІТКА ДО КРОКУ 13: Аглютинація має бути завжди відсутня в контрольній лунці, інакше тест є недійсним. Якщо аглютинація в лунках на картці співпадає зі зразком недійсного результату, тест необхідно провести повторно, використовуючи новий набір.



14 ЗАПИШІТЬ на картці групу крові за системою А-В-О та резус-фактор.



15 РОЗМІСТІТЬ захисну плівку поверх використаної картки та переконайтеся, що її прикріплено до картки пораненого форми DD 1380.



16 ЗАДОКУМЕНТУЙТЕ результати у картці пораненого форми DD 1380 та прикріпіть її до постраждалого (якщо це можливо).